Gmail **Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>**

1_esclarecimentos Pregão Eletrônico 27/2018 - Processo 39/2018

Neide | RC Moveis <adm@rcmoveis.com.br> 26 de julho de 2018 14:31
Para: compras@facef.br

Prezados, boa tarde!

Sou da empresa R.C. Móveis Hospitalares Ltda e queremos participar do pregão eletrônico 27/2018, porém tem algumas situações que gostaríamos de compartilhar com os senhores:

Lote 02 – Item 02 – Cama Hospitalar Motorizada.

O descritivo técnico do edital é bem simples comparado ao valor de referência que a Instituição tem para pagar neste equipamento.

A Instituição tem verba para adquirir um equipamento de melhor qualidade, com 04 motores, com movimentos totais elétricos.

Segue abaixo um modelo de descritivo técnico que atenderia perfeitamente o valor de referência que há disponível, otimizando desta forma o recurso financeiro.

Leito
Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro secções e articulado.
Base
Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos.
Estrutura
Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito;
Grades Laterais
Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente.
Cabeceira e Peseira
Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado sendo removíveis, e com sistema de trava de segurança.
Movimentos
Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, dorso, pernas, sentado, poltrona, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura, trendelemburg, reverso de trendelemburg, elevação e retorno simultâneo do dorso e pernas, descanso de pernas por cremalheiras.
Rodízios Giratórios de 4”
Totalmente em material termoplástico, com freios em todas as rodas;
Acabamento
Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.
Capacidade: 220 kg.
Acessórios Inclusos:

Colchão Hospitalar D28, compatíveis com as dimensões da cama;
Função CPR com acionamento por alavancas nas laterais da cama;

Pontos para Suporte de Soro nos quatro cantos da cama;

Suporte de Soro;
Leito dotado sistema de alívio para compressão abdominal, com recolhimento ao acionar a elevação do dorso, evitando a projeção do paciente para frente e reduzindo a pressão do abdômen do paciente;

Imagem Ilustrativa:



Aguardo retorno.

grata



"ALERTAMOS" à todos referente a uma ***"FRAUDE"*** que vem ocorrendo referente a títulos replicados/fraudados, e e-mails com alegação de ***descontos de ST, PIS, COFINS, CSLL, ICMS, IPI cobrado a maior*** **(ou qualquer outro tipo de desconto). Ao receber este tipo de e-mail por favor nos contatar para que possamos confirmar a veracidade das informações**."